

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 245 /TM-KSBT

Bình Thuận, ngày 07 tháng 03 năm 2025

V/v: mời chào giá cung cấp dịch vụ
Sửa chữa máy chụp X-quang nhũ ảnh

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy chụp X-quang nhũ ảnh, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận.
2. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
3. Cách thức thức nhận báo giá (một trong các hình thức sau):
 - Nộp qua địa chỉ email: ttksbt@syt.binhthuan.gov.vn
 - Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại: 0252.3834.536

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 07 tháng 3 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 17 tháng 3 năm 2025.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu **90** ngày, kể từ ngày báo giá.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ


1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Theo Phụ lục 1 đính kèm).
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ và các yêu cầu liên quan:
 - Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (cơ sở 3), địa chỉ số 3A Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 - Các yêu cầu liên quan:
 - + Các đơn vị có nhu cầu quan tâm đánh giá tình trạng máy để có cơ sở báo giá liên hệ: CN Nguyễn Thị Hồng Thái – Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, SĐT: 0946 615 975.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận kính mời các đơn vị có đủ khả năng, năng lực tham gia chào giá theo các yêu cầu nêu trên.

Rất mong được sự hợp tác của các đơn vị ./pc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó giám đốc TTKSBT (để biết);
- Website: <https://cdcbinhthuan.vn>;
- Lưu: VT, KHNV.



GIÁM ĐỐC

Sau Lian
Võ Văn Hạnh



Phụ lục

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Thư mời số: 24/ TM-KSBT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Trung tâm KSBT)

TT	Tên thiết bị	Thông tin thiết bị	Tình trạng máy
1	Máy chụp X-quang nhũ ảnh	- Hãng sản xuất: Metaltronica - Năm sản xuất: 2009 - Xuất xứ: Italia - Model: LILYUM - Sê ri: 1LILHF/240/C0	- Bật công tắc nguồn chính ON/OFF, có điện nguồn cấp cho máy, màn hình sáng, nhưng không có chữ xuất hiện trên màn hình LCD, máy phát tiếng kêu bip-bip liên tục, máy không khởi động được - Bật công tắc nguồn chính ON/OFF, không có điện trên board nung tim đèn (filament board), đèn báo nguồn trên filament board không sáng. Nguồn cấp 220VAC đầu vào cho board có, nguồn ra không có. Cầu chì không đứt. - Cao su Belt chuyển trục lên – xuống cánh tay ép bị lão hóa và rơi vỡ hoàn toàn, màng bảo cao su của belt bám lên toàn bộ các board mạch và khung máy